

ML-AM- LENR-0145/12-2.2010-M5

Fecha: 06-02-2026

Organismo de Certificación:	LENOR SRL – Organismo de Certificación
N° de proceso:	IMM-2010-M5
Solicitante del certificado:	RT Insumos S.A.S.
Número de C.U.I.T.:	30-71684797-3
Dirección:	Scalabrini Ortiz 566, Rio Tercero, Provincia de Córdoba, Argentina
Categoría:	Importador
Tipo de trámite:	Aprobación de modelo
RTM:	Resolución N° 145/2012 Ex Secretaría de Comercio Interior Resolución N° 115/2025 Ex Secretaría de Industria y Comercio

Identificación del modelo	
Denominación:	Medidores de concentración de aire exhalado (etilómetros) con dispositivo de impresión móvil y accesorios.
Marca:	ACS CORP
Modelo:	ALERT J5
Fabricante:	RT Insumos S.A.S.
País de origen:	Canadá
Tipo:	Instrumento completo: ☒ Módulo: ☐

Características metrológicas	
Rango de Medición	0,00 g/l a 3,00 g/l
Rango Temperatura	-20°C a +65 °C
Calentamiento	30 segundos
Periodo de Mantenimiento	12 meses

Este certificado fue emitido considerando los resultados descriptos en los informes de ensayo de aprobación de modelo asociado


Laboratorio de ensayo interviniente:	Lenor S.R.L.
Números de informes de ensayos:	VLB-11-25-5427/S1
Fecha de emisión:	18/12/2025
Total de páginas:	25 Paginas

Límites, restricciones u otras consideraciones de la aprobación de modelo:	Este certificado anula y reemplaza al certificado ML-AM- LENR-0145/12-2.2010 por emisión de suplemento del informe VLB-11-25-5427 Quedando vigente el VLB-11-25-5427/S1
--	--

Cada equipo consta de una impresora: Marca: Alcohol Countermeasure Systems (ACS) , modelo:RPP200 fabricante: Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd., origen: China tipo: Impresora Móvil (USB+Bluetooth) y demás accesorios para impresión.

Fotografía del Instrumento aprobado

Viste de frente equipo encendido y en estado listo para trabajo.



Vista de ambos laterales del equipo



Fotografía del Instrumento sin cubierta

Vista parte trasera del equipo.



Vista parte trasera del equipo, sin la tapa cubre baterías



Vista interna del equipo donde se ve flujo de aire, bomba y celda.



Vista Interna del equipo tapa trasera donde se observa auricular.



Fotografía del dispositivo impresor



Vista inferior



Vista de frente



Vista lateral derecho



Vista lateral izquierdo



Vista superior

Dibujo de la chapa de identificación



Dibujo del Sistema de precintos de seguridad

Faja de seguridad en material VOID



Alto 50mm.

Ancho 25mm.

Ubicación de precintos: Los precintos sistema Voil se colocan en la placa identicatoria, en los laterales del equipo y en el acceso a los puertos informáticos ubicados dentro de la cavidad de las pilas.



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO

Habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Aprobación de Modelo, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex – S.C.I. N° 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias establecidos en el Reglamento Técnico y Metrológico aplicable.

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación emita este certificado de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-36. El Titular está sujeto a los requisitos establecidos en el Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCG-02 y los procedimientos específicos aplicables. Este certificado no autoriza a colocar ninguna de las marcas de certificación LENOR OCP sobre su producto o embalaje, ni tampoco en publicidades o folletos del fabricante, importador o distribuidor.

<i>Nombre del responsable y firma:</i>	
<i>Cargo:</i>	Directora de certificación
<i>Lugar y fecha:</i>	C.A.BA. 13/02/2026



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 033

Fin del certificado

JOSE ALBERTO ARRIETA
PRESIDENTE RT INSUMOS
DNI 21655303



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Providencia

Número:

Referencia: EX-2026-11356923- -APN-DIN#MEC

Analizada la documentación del EX-2026-11356923- -APN-DIN#MEC de LENOR S.R.L. respecto de la solicitud de Aprobación de Modelo del Medidor de concentración de aire exhalado (etilómetro) con dispositivo de impresión móvil y accesorios. Marca: ACS CORP Modelo ALERT J5, origen Canadá, presentado por la firma RT Insumos S.A.S con el Certificado de Aprobación de modelo ML-AM- LENR-0145/12-2.2010-M5 que se incorpora a la base de datos de Metrología Legal sin observaciones , se procede a la guarda temporal de acuerdo a lo establecido en la Res. ex S.C.I N° 611/2019 y sus modificatorias.